

יום שלישי כ"ח אב תשפ"ג
15 אוגוסט 2023

עיריית נס-ציונה

מכרז 13/23

למכירת דפיברילטורים עבור תושבי העיר נס ציונהתשובות הבהרה ועדכון תנאי סף

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

שינוי תנאי סף במסמך ב' - הוראות למשתתפים, סעיפים 3.5 ו-3.6, כפי שיפורט להלן במסמך זה.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
1.	תנאי המכרז	4	3.4	מבקשים למחוק את הדרישה להצגת אישור מכון התקנים, מכשור רפואי הינו בעל אישור אמ"ר של משרד הבריאות ואינו נדרש לאישור מכון התקנים.	אין שינוי מהוראות המכרז. דפיברילטור נדרש גם לאישור מכון התקנים מעבר לאישור אמ"ר.
2.	תנאי המכרז	4	3.5	נבקש להרחיב את הסעיף ולאפשר כי המכשיר יהיה בעל אישור FDA או אישור CE. אישור CE הינו התקן הרפואי הנדרש במדינות האיחוד האירופי, בעוד שתקן FDA הינו התקן האמריקאי.	בסיפא של סעיף 3.5 למסמך ב' - הוראות למשתתפים, אחרי המילה "FDA" ייתוסף המשפט "או אישור CE". בסעיף 8.5 למסמך ב', אחרי המילה "FDA" יתווספו המילים "או אישור CE".
3.	תנאי המכרז	4	3.6	מגן דוד אדום הינו תאגיד הפועל מתוקף חוק מד"א, התש"י-1950, ואינו נדרש לרישוי עסקים. לאור האמור, נבקש להרחיב את הסעיף על מנת לאפשר גם לתאגיד סטוטורי להגיש הצעה במכרז זה.	בסיפא של סעיף 3.6 למסמך ב' - הוראות למשתתפים, אחרי המילים "התשכ"ח-1968" יתווספו המילים "ככל שנדרש".
4.	תנאי המכרז	7	9.7	המציעים נדרשים להגיש את הצעתם "לא כולל מע"מ". מגן דוד אדום הינו מלכ"ר. אנו מבקשים לעדכן את מסמכי המכרז ולקבוע כי הצעת המחיר תכלול את כל העלויות הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים במכרז לרבות	סעיף 9.7 למסמך ב' - הוראות למשתתפים, וסעיף 7.3 להצעת המציע - מסמך ג', ישונה באופן שבו המילים "אינו כולל מע"מ" ימחקו, ובמקומן ירשם

עמוד 1 מתוך 13

חתימת המציע: _____

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
			9.13	מע"מ, ככל שחל או כל מס או היטל אחר עפ"י כל דין. בנושא אופן השוואת הצעות ביחס להצעה המוגשת על ידי מלכ"ר, נבקש להסב את תשומת לבכם לכך כי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים נדרש בהליך עע"מ 6466/19 לסוגיית המע"מ בהשוואת הצעות במכרז, וקבע במפורש, כי השוואת הצעות תתבצע על פי עיקרון ה"עלות למזמין", לפי הסכום אותו יידרש המזמין לשלם למציע בפועל (וכי לעניין זה מע"מ מהווה חלק ממחיר העסקה). בהתאם נבקש כי : הפסקה הראשונה בסעיף 9.13 תעודכן באופן הבא : "על המציע לרשום במסמך ג' למסמכי המכרז- "הצעת המציע" את המחירים המוצעים בנוגע לכל אחד מהשירותים המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.2 לעיל. ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שעמדה בכל תנאי המכרז, ושסה"כ המחיר הכולל המשוקלל כולל מע"מ (ככל שחל) עבור סוגי השירותים המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.2 יהיה הזול ביותר, כמפורט בטבלה להלן : וכן נבקש כי הפסקה האחרונה בסעיף 9.13 תעודכן באופן הבא : "ההצעה הזוכה תהיה הצעה שעמדה בכל תנאי המכרז והציעה את סה"כ המחיר המשוקלל כולל מע"מ (ככל שחל), הנמוך ביותר. כמו כן נבקש להבהיר במסמכי המכרז כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות מושא המכרז יצהיר על כך במסגרת הצעתו. כן נדרש מציע הפטור ממע"מ כאמור לצרף להצעתו תצהיר רו"ח על כך. היה והצעתו תזכה ויתברר לאחר הזכייה, כי על העסקה חלה חובת תשלום מע"מ, העירייה לא תחויב בתשלום זה, והמציע יישא בעצמו בהוצאות בגין המע"מ.	"כולל מע"מ כדין. ככל והמע"מ ישתנה, הסכום הכולל ישתנה בהתאמה." בסעיפים 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 למסמך ב'- הוראות למשתתפים, ובסעיפים 9 ו-10 למסמך ג'- הצעת המציע, במקום "לא כולל מע"מ, ירשם "כולל מע"מ כדין". ".
5.	הסכם	19	8.2	יש לציין לאחר המילים :יהיה אחראי" את המילים "על פי דין".	בסעיף 8.2 למסמך ב'- הסכם, לאחר המילים

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
					"יהיה אחראי" יתווספו המילים "עפ"י דין".
6.	הסכם	19	8.5	נבקש לציין בסיפא "למעט נזקים שיגרמו עקב מעשי ו/או מחדלי העירייה ומי מטעמה.	אין שינוי מהוראות המכרז.
7.	הסכם	19	8.6	נבקש לציין בסיפא "העירייה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן. השיפוי יהיה בכפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו".	בסעיף 8.6 למסמך ד'-ההסכם, אחרי המילה "ברשלנות" יתווסף המשפט "העירייה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שיגרם על ידי הספק/ החברה במישרין או בעקיפין, ותאפשר לו להתגונן. השיפוי יהיה בכפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו."
8.	הסכם	20	9.10	נבקש לבטל את הסעיף.	אין שינוי מהוראות המכרז.
9.	הסכם	20	9.8	1. נבקש לבטל את המילים "פוליסות הביטוח" ובמקומן ירשם "אישור הביטוח". 2. בשורה השנייה להחליף את המילה "בפוליסות" למילה "באישור".	1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת.
10.	מסמך ז'	26	אישור הביטוח	נבקש למחוק את פרק האחריות המקצועית – הביטוח הרלוונטי הוא חבות המוצר הן לאספקה והן לתחזוקה.	אין שינוי מהוראות המכרז. הספק נדרש להציג גם כיסוי אחריות מקצועית, כפוליסה נפרדת או כפוליסה משולבת עם חבות מוצר. כיסוי האחריות המקצועית נדרש בעיקר לשלב התחזוקה.
11.	מפרט טכני	32	סעיף 1.2 למסמך – מפרט טכני	נבקש להפחית את משך חיי הסוללה ל- 4 שנים. בנוסף, נבקש לאפשר להציע אפשרות של החלפה של סוללה (ללא עלות נוספת) במידה ואורך חיי הסוללה במכשיר המוצע קטן מ- 4 שנים. למשל, מכשיר בו הסוללה בעלת אורך חיי מדף של שנתיים, לאחר שנתיים, הספק יחליף את הסוללה בסוללה נוספת, ברת תוקף של שנתיים נוספות, ללא עלות.	אין שינוי מהוראות המכרז.
12.	מפרט טכני	32	סעיף 1.1.7 למסמך –	ככל הידוע לנו, מרבית המכשיר אינם מאפשרים שמירה של כמות אירועים כזו, כמו-כן, נהוג לציין את נפח השמירה בדקות ולא רק לפי אירועים. לאור האמור, נבקש לתקן את הדרישה	בסעיף 1.1.7 למסמך י"-המפרט טכני ימחקו המילים "להקלטה ורישום של לפחות 20 אירועים אחרונים", ובמקומן יכתב "של נפח שמירת נתונים

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				בסעיף זה ולאפשר נפח שמירת נתונים של לפחות 60 דקות.	(הקלטה ורישום) של לפחות 60 דקות."
13.	מסמך ב' - תנאי המכרז	3	1.1	מבוקש להבהיר כיצד הספק יוודא כי הפונה הוא אכן תושב נס ציונה - האם על ידי הצגת ספח ת"ז?/מתן גישה למאגר נתונים? וכד'	הבדיקה תבוצע ע"י הצגת ת"ז.
14.	מסמך ב' - תנאי המכרז	4	2.2	מבוקש למחוק את המילה "הבלעדי", ולהוסיף "בתיאום עם הספק ובהסכמתו".	אין שינוי מהוראות המכרז.
15.	מסמך ב' - תנאי המכרז	4	3.2	מבוקש לאשר כי הניסיון הנדרש יכלול את שנת 2023.	אין שינוי מהוראות המכרז.
16.	מסמך ב' - תנאי המכרז	+4 6	3.4 + 8.4	מבוקש להסיר את הסעיף, שכן בהתאם לדין לא נדרש אישור מכון התקנים לדפברילטור.	ראה תשובה לשאלה 1 לעיל.
17.	מסמך ב' - תנאי המכרז	6	8.9	מבוקש להבהיר כי בשלב הגשת ההצעות לא נדרש להמציא אישור קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח, וניתן להגיש בשלב הגשת ההצעה את אישור הביטוח חתום על ידי מורשי החתימה של החברה בלבד.	אין שינוי מהוראות המכרז. הנך מופנה לסעיף 8.9 למסמך ב' - הוראות למשתתפים, בשלב הגשת ההצעות ניתן להמציא "אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה והמציע יזכה במכרז תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף, בכל פוליסת הביטוח כמפורט במסמך ז' למסמכי המכרז."
18.	מסמך ב' - תנאי המכרז	7	9.6	מבוקש להבהיר כי המציע רשאי להפעיל חברת שליחויות UPS לאספקת המכשירים לבית התושב; חברת הדרכה חיצונית; וקבלן המבצע התקנת ארונות; כך שאלו לא ייחשבו כקבלני משנה לצורך סעיף זה.	הבקשה מתקבלת.
19.	מסמך ב' - תנאי המכרז	7	9.12	מבוקש להבהיר מה כוללת עלות "מתן שירות, בדיקה ותחזוקה" - על איזה סוג של בדיקה/תחזוקה מדובר; מבוקש לפרט מה השירות כולל בתוכו.	בדיקת סוללה בתוקף, בדיקת מדבקות בתוקף וביצוע בדיקה עצמית של המכשיר מכנית.
20.	מסמך ב' - תנאי המכרז	9	11.1	מבוקש כי העירייה לא תבטל את המכרז או תשנה אותו לאחר בחירת הספק הזוכה, שכן הספק הסתמך עליה,	לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם יחולו כל תנאיו.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				התקשר עם צדדים שלישיים והוציא הוצאות בגינה.	הנך מופנה לסעיף 2.3 במסמך ב -'הוראות למשתתפים ולסעיף 5.3 במסמך ד'. וכן סעיף 14 למסמך ד -' ההסכם.
21.	מסמך ב' – תנאי המכרז	9	11.3	מבוקש להכפיף את הסעיף לתיאום מראש עם הספק.	אין שינוי מהוראות המכרז.
22.	מסמך ב' – תנאי המכרז	9	11.4	מבוקש למחוק את המילים "לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות", ולהבהיר כי העירייה תהא רשאית לדרוש נתונים שיש להם קשר ישיר להתקשרות עם המציע/ההצעה של המציע בלבד.	אין שינוי מהוראות המכרז.
23.	מסמך ב' – תנאי המכרז	9	11.5	מבוקש להכפיף את הסעיף לדיני המכרזים.	אין שינוי מהוראות המכרז. העירייה כפופה לדיני המכרזים שחלים על רשויות מקומיות.
24.	מסמך ב' – תנאי המכרז	10	12.3	מבוקש : 1. כי חילוט הערבות או חלק ממנה יבוצע לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 30 יום. כן מבוקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם לעירייה בפועל. 2. למחוק את המילים "סכום הערבות במלואו ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש", שכן סכום הפיצוי המוסכם גבוה מאוד ואינו מידתי להתקשרות. מבוקש להחריג את הפיצוי/חילוט הערבות במקרים בהם הפרת ההתחייבויות על פי סעיפים 12.1 ו-12.2 נגרמו שלא באשמת הספק ונבעו כתוצאה מגורמים ו/או נסיבות ו/או צדדים שלישיים שאינם תלויים בספק, לרבות כח עליון, מלחמות, שביתות, מגפות וכיו"ב.	אין שינוי מהוראות המכרז.
25.	מסמך ב' – תנאי המכרז	10	12.4	מבלי לגרוע מהזכויות הנתונות לעירייה על פי דין, לא יינתן כפל פיצוי עבור הפרה ספציפית.	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
26.	מסמך ג' - הצעת המציע	12	7.2	מבוקש להבהיר כי המציע רשאי להפעיל חברת שליחויות UPS לאספקת המכשירים לבית התושב; חברת הדרכה חיצונית; וקבלן המבצע התקנת ארונות; כך שאלו לא ייחשבו כקבלני משנה לצורך סעיף זה.	ראה תשובה לשאלה 18 לעיל.
27.	מסמך ג' - הצעת המציע	12	8.1	מבוקש כי העירייה לא תבטל את המכרז או תשנה אותו לאחר בחירת הספק הזוכה, שכן לא ניתן לבטל את ההתקשרות לאחר שהספק הסתמך עליה, התקשר עם צדדים שלישיים והוציא הוצאות בגינה.	ראה תשובה לשאלה 20 לעיל.
28.	מסמך ג' - הצעת המציע	13	8.3	מבוקש להכפיף את הסעיף לתיאום מראש עם הספק.	ראה תשובה לשאלה 21 לעיל.
29.	מסמך ג' - הצעת המציע	13	8.4	מבוקש למחוק את המילים "לרבות בדבר אפשרויותי הכספיות", ולהבהיר כי העירייה תהא רשאית לדרוש נתונים שיש להם קשר ישיר להתקשרות עם המציע/ההצעה של המציע בלבד	ראה תשובה לשאלה 22 לעיל.
30.	מסמך ג' - הצעת המציע	14	10.2	מבוקש להבהיר כיצד הספק יוודא כי הפונה הוא אכן תושב נס ציונה - האם על ידי הצגת ספח ת"ז?/מתן גישה למאגר נתונים? וכד'	ראה תשובה לשאלה 13 לעיל.
31.	מסמך ד' - הסכם	16	2.3.5.5	מבוקש להבהיר - מה הכוונה באירוע חריג?	ביצוע החייאה או מכשיר שלא פעל על פי ההנחיות.
32.	מסמך ד' - הסכם	17	3.6	מבוקש: 1. להבהיר כי בהתאם לדין לא נדרש אישור מכון התקנים לדפיברילטור. 2. להבהיר את הכוונה ב"אחריות מוצר".	1. ראה תשובה לשאלה 1 לעיל. 2. Product liability insurance
33.	מסמך ד' - הסכם	17	3.7	מבוקש להבהיר מה כוללים שירותי התחזוקה.	ראה תשובה בסעיף 19 לעיל.
34.	מסמך ד' - הסכם	17	3.8	מבוקש: 1. למחוק את המילה "הבלעדי"; 2. להבהיר כי אחריות הספק תהא על-פי דין ולא תחול אחריות על הספק בכל מקרה של נזק ו/או אובדן שהינו תוצאה של כח עליון/תפעול/אחזקה/שימוש/אחסנה וכדומה לקויים ו/או רשלניים ו/או	בסעיף 3.8 למסמך ד' - 'ההסכם, אחרי המילה "הבלעדי", "תתווסף המילה "עפ"י דין".

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק.	
35.	מסמך ד' - הסכם	17	4.2	מבוקש להבהיר : 1. האם ניתן לקבל פניות של תושבים באמצעות תיבת דוא"ל ייעודית של הספק? 2. האם ניתן לבצע הזמנה טלפונית כחלופה לאתר הזמנות בלינג לצורך ביצוע רכישה?	1. כן. 2. כן.
36.	מסמך ד' - הסכם	18	4.9	במידה והתקלה מתרחשת במהלך סופי שבוע/חגים - מבוקש כי תינתן הארכה בת 24 שעות לטיפול בתקלות.	בסעיף 4.9 למסמך ד' - ההסכם, יימחקו המילים "72 שעות" במקומן ייכתב " בתוך 3 ימי עסקים בימים רגילים, ובתוך 4 ימי עסקים בימי מנוחה".
37.	מסמך ד' - הסכם	18	6.1	מבוקש לאשר אופציה אחרת לתשלום על ידי התושבים שלא באמצעות אמצעי דיגיטלי.	ניתן לשלם באופן פיזי.
38.	מסמך ד' - הסכם	19	7.3	מבוקש : 1. למחוק את המילים "מיד עם דרישת העירייה"; 2. להוסיף לאחר המילה "עו"ד" את המילה "סבירים";	אין שינוי מהוראות המכרז.
39.	מסמך ד' - הסכם	19	8.2	מבוקש : 1. למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד"; 2. למחוק בשורה השנייה את המילים "על עובדי העירייה", "בין שאותו רכוש שינד לעירייה"; 3. למחוק בשורה השלישית את המילים "מחדל ו/או עילה"; 4. למחוק בשורה החמישית את המילים "בעקיפין" ו-"ברשלנות";	אין שינוי מהוראות המכרז.
40.	מסמך ד' - הסכם	19	8.3	מבוקש להבהיר כי אין באמור בסעיפים אלו כדי להטיל על הספק אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליו על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את העירייה ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמים של	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/הסגה	תשובה
				הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.	
41.	מסמך ד' - הסכם	19	8.5	מבוקש : 1. בשורה הראשונה למחוק את המילה "לפצות"; בשורה השנייה למחוק את המילים "אף משטרם נשאה בהם בפועל"; 8בשורה השלישית למחוק את המילה "ו/או מחדל"; בשורה הרביעית למחוק את המילים "שבוצעו ברשלנות"; 2. להבהיר כי חובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את העירייה בגין סכומים שהעירייה תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שהעירייה תודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.	אין שינוי מהוראות המכרז.
42.	מסמך ד' - הסכם	19	9.1	מבוקש : 1. להחליף את המילים : "על חשבוננו" במילים : "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו"; 2. למחוק את המילים : "ובעלת מוניטין.. בביטוחים אלו".	1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת.
43.	מסמך ד' - הסכם	19	9.4	מבוקש : 1. להוסיף לאחר המילים : "בעריכת ביטוחים" את המילה : "רכוש"; 2. להוסיף אחרי המילים : "לביטוחים הנ"ל" את המילים : "בקשר להתקשרות הנ"ל"; 3. להחליף את המילה : "חייב" במילים : "רשאי"; 4. למחוק את המילים : "ו/או יורחב.. המבוטח";	1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה מתקבלת. 3. הבקשה מתקבלת. 4. הבקשה נדחית.
44.	מסמך ד' - הסכם	20	9.5	מבוקש להחליף את המילה : "יצומצמו", במילים : "ישונה לרעה"	הבקשה מתקבלת.
45.	מסמך ד' - הסכם	20	9.8	מבוקש :	1. הבקשה מתקבלת.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				1. להחליף את המילים: "עותק של פוליסות הביטוח" במילים: "אישור ביטוח"; 2. להחליף את המילים: "בפוליסות הביטוח" במילים: "אישור ביטוח"	2. הבקשה מתקבלת.
46.	מסמך ד' - הסכם	20	9.9	מבוקש למחוק את המילים: "ו/או בהמצאת העתקי פוליסות"	הבקשה מתקבלת.
47.	מסמך ד' - הסכם	20	9.10	מבוקש למחוק את הסעיף.	הבקשה מתקבלת.
48.	מסמך ד' - הסכם	20	9.11	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא יהווה הפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה בת 15 יום והספק המציא את אישור הביטוח כנדרש"	הבקשה מתקבלת חלקית. ירשם "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא יהווה הפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה בת 7 ימי עסקים והספק המציא את אישור הביטוח כנדרש".
49.	מסמך ד' - הסכם	20	9.12	מבוקש: 1. למחוק את המילים: "הספק מתחייב...שלו"; 2. להחליף את המילים: "לסוג עיסוקיו" במילים: "להיקף ואופי ההתקשרות";	1. אין שינוי מהוראות המכרז. 2. אין שינוי מהוראות המכרז.
50.	מסמך ד' - הסכם	20	9.13	מבוקש למחוק את הסעיף - חזרה על סעיף 9.11.	אין שינוי מהוראות המכרז.
51.	מסמך ד' - הסכם	21	12	מבוקש להבהיר כי המציע רשאי להפעיל חברת שליחויות UPS לאספקת המכשירים לבית התושב; חברת הדרכה חיצונית; וקבלן המבצע התקנת ארונות; כך שאלו לא ייחשבו כקבלני משנה לצורך סעיף זה.	ראה תשובה בסעיף 18 לעיל.
52.	מסמך ד' - הסכם	21	13	מבוקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - הידיעה היא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעה ו/או מכח הדין אינה חסויה; ידיעה שהתקבלה מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; ידיעה שהייתה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; ידיעה שחובה לגלותה על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/הסגה	תשובה
53.	מסמך ד' - הסכם	21	14.1	1. מבוקש למחוק את המילה "בעקיפין"; 2. מבלי לגרוע מהזכויות שנתונות לעירייה על פי הדין, מבוקש להבהיר כי לא יינתן כפל פיצוי עבור הפרה ספציפית. 3. מבוקש להחריג את הפיצוי במקרים בהם הפרת ההתחייבויות על פי הסכם זה נגרמו שלא באשמת הספק ונבעו כתוצאה מגורמים ו/או נסיבות ו/או צדדים שלישיים שאינם תלויים בספק, לרבות כח עליון, מלחמות, שביתות, מגפות וכיו"ב.	1. אין שינוי מהוראות המכרז. 2. ראה תשובה בסעיף 25 לעיל. 3. אין שינוי מהוראות המכרז.
54.	מסמך ד' - הסכם	21	14.3.2	1. מבוקש למחוק את המילה "עקיף"; 2. מבוקש להחריג את הפיצוי במקרים בהם הפרת ההתחייבויות על פי הסכם זה נגרמו שלא באשמת הספק ונבעו כתוצאה מגורמים ו/או נסיבות ו/או צדדים שלישיים שאינם תלויים בספק, לרבות כח עליון, מלחמות, שביתות, מגפות וכיו"ב.	אין שינוי מהוראות המכרז.
55.	מסמך ד' - הסכם	21	14.3.3	מבוקש כי הניכוי/החילוט יחול רק ביחס לסכום קצוב המגיע לספק לפי הסכם זה ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו.	אין שינוי מהוראות המכרז.
56.	מסמך ד' - הסכם	22	14.6	1. מבלי לגרוע מהזכויות הנתונות לעירייה על פי דין, יובהר כי לא יינתן כפל פיצויים עבור הפרה ספציפית. 2. מבוקש למחוק את המילים "על פי הסכם זה".	1. ראה תשובה בסעיף 25 לעיל. 2. אין שינוי מהוראות המכרז.
57.	מסמך ד' - הסכם	22	15.1	1. מבוקש כי בגין איחור במענה וטיפול בתקלה נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה. 2. גובה הפיצוי המוסכם אינו מידתי - מבוקש להפחית את גובה הפיצוי ל150 ש"ח עבור כל שעת איחור. 3. מבוקש כי טרם הפעלת הפיצויים המוסכמים, תינתן לספק זכות טיעון.	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
58.	מסמך ד' - הסכם	22	15.2	מבוקש להוסיף לאחר המילים "מהתמורה המגיעה לו" את המילים "מהסכם זה".	אין שינוי מהוראות המכרז.
59.	מסמך ד' - הסכם	22	15.3	מבלי לגרוע מהזכויות הנתונות לעירייה על פי דין, יובהר כי לא יינתן כפל פיצויים עבור הפרה ספציפית.	אין שינוי מהוראות המכרז.
60.	מסמך ד' - הסכם	22	16	כן מבוקש, כי חילוט הערבות או חלק ממנה יבוצע לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 30 יום לזוכה במהלכה יהיה הזוכה רשאי לתקן את הטעון תיקון. כן מבוקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם לעירייה בפועל.	אין שינוי מהוראות המכרז.
61.	מסמך ז' - אישור קיום ביטוחים	26-27		1. מבוקש להסיר את הדרישה לביטוח רכוש (לא רלוונטי למכירת ציוד); 2. ביטוח צד ג' - מבוקש למחוק את הקודים 318, 336, 337; 3. אחריות מקצועית - מבוקש לשלב עם אחריות מוצר; 4. אחריות מוצר - מבוקש לשלב עם אחריות מקצועית;	1. אין שינוי מהוראות המכרז. 2. הבקשה מתקבלת חלקית. קוד 318 יוחלף בקוד 321 וניתן למחוק את קוד 336/337 רק במידה שיוצגו פוליסת אחריות מקצועית וחבות מוצר כנדרש.
62.	נספח י' - מפרט טכני	32	1.1.6	מבוקש לאשר 21IP אשר נותן מענה מלא לטיפול ברטיבות ובגשם (ובכל מקרה בהתאם להנחיות אין לבצע החייאה בסביבה רטובה ומסוכנת).	אין שינוי מהוראות המכרז.
63.	נספח י' - מפרט טכני	32	1.2	מבוקש לאפשר אספקת סוללה בעלת אורך חיי סוללה של 4 שנים; לחלופין מבוקש לאפשר אספקת שתי סוללות על מנת לאפשר אורך חיי סוללה של 8 שנים (4 שנים לכל סוללה).	ראה תשובה בסעיף 11 לעיל.
64.	נספח י' - מפרט טכני	32	1.4.5	מבוקש לשנות את הדרישה לשלט תקני, קרי בגודל 1 מטרX1.20 מטר, שכן השילוט מבוקש אינו תקני.	בסיפא של סעיף 1.4.5 למסמך י' המפרט הטכני יתווסף המשפט "במקומות ציבוריים יוצב שלט תקני בגודל 1 מטר X 1.20 מטר".
65.	נספח י' - מפרט טכני	32	2.1	מבוקש להבהיר כי הארון יותקן על קיר עם חיזוק בלבד, העשוי מעץ/בטון/ברזל/בלוק.	אין שינוי מהוראות המכרז.
66.	נספח י' - מפרט טכני	32	2.2	מבוקש לפרט מה כוללת התחזוקה הנדרשת.	ראה תשובה לשאלה 19 לעיל.
67.				בכדי שחברת הביטוח תחתום לנו על הטופס המצורף הם דורשים:	

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				נדרש מייל + שם + טלפון של נציג כלשהוא של מבקש האישור (כאן - העירייה), כתובתו ואת פרטי מבקש האישור, (מופיע שם- צריך מספר התאגדות ח.צ וכדומה)	מר ירון לוי, מנהל אגף הביטחון. טל' 08-8383825 yaron@nzc.org.il עיריית נס ציונה ח.פ. מס' 500272000
68.	השירותים נשוא המכרז	1	1.3.1	מכירת מכשירי דפיברילטורים אוטומטיים בלבד - האם ניתן לגשת במכרז זה ליותר ממכשיר אחד, למשל דגם אוטומטי מלא או דגמים איכותיים יותר?	כן, בתנאי שהמכשיר הנוסף עומד בתנאי המכרז.
69.	השירותים נשוא המכרז	1	1.3.4	מתן שירותים בדיקת תקינות- האם חובה לתת הצעה על בדיקת תקינות שנתית, היצרן אינו מחייב זאת, וניתן לדעת את תקינות המכשיר על פי נורית הביקורת שעליו?	כן, על המציע לתת הצעה גם לגבי שירותים אלו.
70.	תקופת ההתקשרות	4	2.2	העירייה רשאית על פי שיקול דעתה.... האם יש זכות לספק להתנגד לבקשת הארכת תקופת ההסכם וזאת מפני שהיו שינויים קיצוניים במחיר?	הספק אינו יכול להתנגד. בוצעה הצמדה לשער הדולר היציג ונקבע כי המדד ייבחן אחת לשנה, במועד תחילת כל שנת אופציה, ככל וההסכם יוארך. הנך מופנה לסעיף 6 למסמך ד'- ההסכם.
71.	הצעת המציע	7	9.13	מחיר משוקלל- לפי מסמך זה, שיקול המחיר הינו פקטור גדול העומד על 93%, האם אין מקום לדפיברילטורים איכותיים יותר, כאלה שסיכוי ההצלה שלהם גבוהה יותר, למשל דפיברילטור עם חיווי לאיכות העיסוי בזמן אמת.	אין שינוי מהוראות המכרז.
72.	הצעת המציע- מסמך ג'	8	9.14	1. התקנת ארון – האם ניתן ואפשר להוריד את סעיף זה כלל, יבואני הדפיברילטורים אינם אנשי התקנה, והמחיר של 450 ₪ להתקנה יכול ליקר משמעותית ללקוחות הקצה את המחיר המשוקלל. 2. שירות בדיקת תקינות – יצרן המכשירים אינו דורש בדיקת תקינות, האם חובה להתייחס ולהוסיף את סעיף זה בעלויות ההצעה.	1. אין שינוי מהוראות המכרז. 2. ראה תשובה בסעיף 69 לעיל.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
73.	מסמך יי-מפרט טכני	32		האם ההנחיות לדפיברילטור זה, הם הנחיות קוליות בלבד, או האם חובה/ יתרון שיהיה גם הנחיות קוליות וגם הנחיות ויזואליות. במקרים של הפסקת חשמל / החייאה ברחוב בלילה/ החייאה במקומות הומי אדם כאשר אין אפשרות לשמוע את הנחיות המכשיר ועוד....	הנחיות ויזואליות אינן מהוות יתרון.
74.	מסמך יי-מפרט טכני	32	1.1.4	עוצמת שוק חשמלי- הנחיות AHA מדברות על עוצמת מכת החשמל שאינה פחותה מ- 200 ג'אול, מדוע לא לרשום את גובה מתן 200 ג'אול על מנת שיהיה ברור לכולם ולא ניתן לפרשנות. עוצמת השוק החשמלי הוא אחד הדברים החשובים שיש במכשיר. לדחות את בקשה זו זה כמו להעלים עיין ולתת פרשנויות שאינן מדויקות.	אין שינוי מהוראות המכרז.
75.	מסמך יי-מפרט טכני	32	1.2	אורך חיי סוללה 5 שנים מפרט טכני- הבקשה לסוללה באורך חיים ל- 5 שנים אך מנגד תעודת אחריות ל- 4 שנים.... 1. אם אורך חייה ל- 5 שנים ותעודת האחריות היא ל- 4 שנים, הנושא עלול להכניס את אנשי עירכם לבעיית החייאה וזאת מפני שיתכן כי הסוללה תהא ריקה מתוכן בשנה ה- 5 ולא בנמצא אחראי לנושא. 2. סוללה ללא תקופת אחריות מוגדרת כנכונה הינה דרישה פסולה ומסוכנת. 3. דרישה של סוללה ל- 5 שנים ולא ל- 4 שנים עם אחריות ל- 4 שנים פוסלת יבואנים רבים וטובים. 4. אבקש לשנות את דרישתכם לסוללה בת 4 שנים עם אחריות ל- 4 שנים וזאת כי בסוף היום אנחנו רוצים להציל חיים.	ראה תשובה לשאלה 11 לעיל.