

יום חמישי י"ד אלול תשפ"ג
31 אוגוסט 2023

עיריית נס- ציונה

מכרז 13/23

למכירת דפיברילטורים עבור תושבי העיר נס ציונה

תשובות הבהרה 2

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

שינוי גובה ערבות הביצוע (מסמך ו' למסמכי המכרז), כפי שיפורט להלן במסמך זה.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
1.	מפרט טכני			קיבלנו את תשובותיכם לשאלות ההבהרה, אך בקשתנו (וכעולה ממסמך התשובות - גם בקשת ספקים נוספים) לספק סוללה בעלת אורך חיים שונה מחמש שנים - נענתה בשלילה. נזכיר, כי במסגרת סעיפי המפרט, דרשתם כי המציע יספק מכשיר הכולל סוללה בעלת אורך חיים של לפחות חמש שנים, כאשר כל סוללה תכלול תעודת אחריות לארבע שנים בלבד. בהקשר זה, חברתנו ביקשה לשנות את הדרישה, כך שתינתן אפשרות לספק מכשיר הכולל סוללה בעלת אורך חיים של	לסיפא של סעיף 1.2 למפרט הטכני יתווסף: ככל שאורך חיי הסוללה פחות מ- 5 שנים, ניתן להציע יותר מסוללה אחת, ובלבד שאורך החיים של כל סוללה הוא 4 שנים לפחות, באופן שהסוללה הראשונה תוחלף ע"י הספק בסוללה חדשה, כדי שאורך החיים משתי הסוללות ביחד יהיה 5 שנים לפחות, וזאת ע"ח הספק, וללא כל עלות נוספת בגין כך.

עמוד 1 מתוך 5

חתימת המציע: _____

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				ארבע שנים ; או לחלופין לספק שתי סוללות שיאפשרו אורך חיים של שמונה שנים במחיר זהה למחיר של הסוללה הנדרשת, כך שלמעשה אין כל יתרון לאספקת הסוללה הספציפית המבוקשת. לאור האמור, נבקש לשנות את הדרישה במפרט ולאפשר לספק מכשיר הכולל סוללה בעלת אורך חיים של ארבע שנים, או לחלופין לאפשר למציע לספק שתי סוללות שיאפשרו אורך חיים של 8 שנים, שכן למעשה אין כל יתרון לאספקת הסוללה הספציפית המבוקשת.	בעניין האחריות, בד"כ אורך חיים של מוצר הוא מעבר לשנות האחריות, ולכן גם אם אורך החיים של סוללה הוא 5 שנים לפחות, אין בעיה עם הדרישה ל- 4 שנים אחריות <u>לכל סוללה</u>. במקרה של אספקת 2 סוללות כאמור, ניתן גם להציג תעודת אחריות לתקופה של פחות מ- 4 שנים, ובלבד שכלל תקופת האחריות עפ"י כל תעודות האחריות שהומצאו תהיה 4 שנים לפחות.
2.				איזה יצרן חוץ מ Defibtech מציע סוללה עם אורך חיים של 5 שנים ? אולי הכוונה שיש מספר מציעים ליצרן הנ"ל ?	Zoll Mindray Powerheart AED G3 Powerheart AED G5 Defidtech
3.	מפרט טכני		1.2	בהמשך למענה שהעברתם לשאלות ההבהרה ביום 15.8.2023 ובפרט המענה לשאלות הבהרה בעניין אישור מכון התקנים ובעניין אורך חיי הסוללה והאחריות שלה, במסגרתו נוכחנו כי בקשותינו וכן בקשות מספר מציעים בעניינים אלו נדחו על ידכם, אנו סבורים כי קיימים טעמים כבדי משקל התומכים בקבלת בקשות ההבהרה בנושאים אלו ואשר מצדיקים שקילה נוספת של הבקשות כמפורט להלן.	ראה תשובה לשאלה 1 לעיל.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				דרישה טכנית כאמור בסעיף 1.2 למפרט הטכני מצמצת באופן ניכר את סוגי המכשירים אותם ניתן להציע והלכה למעשה גם את כמות המציעים הפוטנציאלית. לצורך ההמחשה, למיטב ידיעתנו, ישנם, ככל הנראה, רק 2-3 מכשירים אשר עומדים בדרישה זו וזאת מתוך למעלה מ-10 מכשירים המשווקים בישראל (שמרביתם כאמור לא עומדים בדרישה זו). לאור האמור לעיל, נבקש לשנות את סעיף 1.2 כך שמשך חיי הסוללה ותקופות האחרייות הכוללות של סוללות המכשיר לא יפחתו מ-4 שנים וכי יהיה ניתן להחליף סוללות, ללא עלות נוספת, בתום תקופת האחרייות של כל סוללה ככל ותקופת האחרייות של הסוללה הינה פחותה מתקופת האחרייות המלאה שנקבעה (סה"כ לפחות 4 שנים).	
4.	מסמכי המכרז		3.4	לגבי סעיף 3.4 למסמכי המכרז – "למכשיר אישור בתוקף מאת מכון התקנים" למיטב ידיעתנו אין חובה להוציא למכשירי דפיברילטור אישור מאת מכון התקנים הישראלי. מכשירי הדפיברילטור כמו כל מכשיר רפואי אחר במדינת ישראל נדרשים להיות בעלי אישור אמ"ר כאשר לצורך אישור קבלת אישור אמ"ר למכשירי הדפיברילטור נדרשים להמציא אישורים וביניהם אישור EDA/CE אולם, למיטב ידיעתנו לא קיימת דרישה להמצאת אישור ממכון התקנים למכשירים אלו. כמו כן, יבוא מכשירי הדפיברילטור שמד"א מבצעת (וסביר להניח שגם גופים אחרים) נעשה, בין היתר, באמצעות קבלת	בסעיף 8.4 למסמך ב' במסמכי המכרז, יתווסף בסיפא: או לחילופין פטור לטובין המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם לסעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי במסגרתו ניתן פטור, בין היתר, מהצגת אישור מכון התקנים.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				פטור לטובין המיובאים ביבוא מסחרי בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי במסגרתו ניתן פטור, בין היתר, מהצגת אישור מכון התקנים (להלן לינק לאתר משרד הכלכלה והתעשייה בעניין זה https://www.gov.il/he/service/exemption_article_2c2 יצוין כי במסגרת הבקשה לקבלת פטור כאמור נדרשת המצאת אישור אמ"ר. לאור האמור לעיל, נבקש כי תוסר מתנאי הסף במכרז הדרישה הגורפת כי למכשיר יהיה אישור של מכון התקנים וכי יצוין במפרט הטכני כי הספק יידרש להציג אישור מכון התקנים במקרה בו נדרש אישור שכזה על פי דרישות הדין בישראל	
3.	ערבויות			פנייתי בנוגע לערבות על המכרז וערבות ביצוע : לא נאמר כמה יחידות מינימום העירייה מתחייבת לרכוש בשיתוף ועדי הבתים המשותפים, זה הפרט הכי חשוב פה... אם בסופו של יום ניגש למכרז והעירייה תזמין 2 יחידות או במקסימום 10 יחידות זה לא משתלם. העירייה הרימה פה משהו מאוד יפה מצידה אבל מבחינת הביצוע צריך להתחייב לכמות מינימום במכרז.	גובה ערבות להשתתפות במכרז ע"ס 20,000 ₪ - אין שינוי מהוראות המכרז. <u>גובה ערבות הביצוע תופחת ל 10,000 ₪.</u> לגבי התחייבות לרכישת כמות מינימלית של מכשירים- אין שינוי מהוראות המכרז
4.				2 מדגמי הדפיברילטורים שאנחנו מייבאים מתאימים לדרישות שלכם בכל הפרמטרים, פרט לפרמטר אחד והוא שהסוללה תהיה באחריות של 4 שנים, אבל תחזיק 5 שנים לפני החלפה. 1. מעבר לכך, רוב הדפיברילטורים עובדים על סוללה בת 4 שנים, עם אחריות ל- 4 שנים, תוקף ל- 4 שנים, ולכתוב 5 שנים מיותר את שאר החברות ואת המכרז בכלל.	ראה תשובה לשאלה 1 לעיל.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				2. לא זאת ועוד – הצענו גם אנחנו וגם אחרים, 2 אלטרנטיבות: א. להוריד את טווח השנים ל – 4 שנים ולהימנע ממוות מיותר ורשלני של אנשים. ב. לחילופין – לתת למציעים לגשת למכרז ולכפות עליהם להכניס בתמחיר ההגשה שלהם החלפה של סוללה לאחר 4 שנים ולספוג את העלות. אני מציע לכם 2 פתרונות טובים: 1. לתת למציעים השונים להחליף את הסוללה על חשבונם לאחר 4 שנים. 2. להפחית את הדרישה שלכם ל – 4 שנים. 3. חשוב לי לציין, כי אם תחליטו על אופציה א'- אתם משפרים משמעותית את מצב תושבי העיר, כי אז הם מקבלים סוללה טובה, עם אחריות לתקופה של 8 שנים. 4. בנוסף לכל הכתוב, אני ממליץ לכם לתת מחשבה רבה בנושא, ואפילו לדחות את מועד ההגשה בכמה ימים על מנת שתקבלו את ההחלטה הנכונה.	